

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> K-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> K-2	**

** -вводится из инструкции к набору.

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: линейная по двум калибраторам (стандартам из набора).
Контроль по TruLab N и TruLab P (ферментативный метод).