



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400



* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.



Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	21	84
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	21	84
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalUIBC	**			

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.