

Триглицериды

Хинонимин, PAP



Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="TG"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1.6"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	<input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1)	<input type="text" value="160"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
	R2(R2-1)	<input type="text" value="0"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri	<input type="text" value="520"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="700"/>
Method		<input type="text" value="END"/>		Factor for Maker	A
Reaction Slope		<input type="text" value="+"/>		B	<input type="text" value="0"/>
Measuring Point1	First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>	
Measuring Point2	First		Last		
Linearity Limit					
Lag Time Check					
Dynamic Range Low		<input type="text" value="0"/>	High		<input type="text" value="11.3"/>
Correlation Factor A		<input type="text" value="1"/>	B		<input type="text" value="0"/>
Onboard Stability Period		<input type="text" value="999"/>	Day	<input type="text" value=""/>	Hour

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="TG"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.3"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="2"/>	
Panic Value					
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="TG"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	
<Calibrator Parameters>		Counts:	<input type="text" value="2"/>	
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/> <input type="text" value="99999"/>	<input type="text" value="None"/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<Point Cal. For Master Curve>	No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="checkbox"/>
	Calibrator	OD	Conc	OD Range
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> with Conc-0
		Stability	Reagent Blank	<input type="text" value=""/>
			Calibration	<input type="text" value=""/>
			Day	<input type="text" value=""/>
			Hour	<input type="text" value=""/>
			Day	<input type="text" value=""/>
			Hour	<input type="text" value=""/>
			Interval (RB/ACAL)	<input type="text" value=""/>
			Advanced Calibration Operation	<input type="text" value=""/>
			Reagent Blank	<input type="text" value=""/>
			Calibration	<input type="text" value=""/>
			Day	<input type="text" value=""/>
			Hour	<input type="text" value=""/>

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реagensов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

* -вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

Контроль TruLab N и TruLab P.