

Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ

Test Parameter Setup | Calibration Setup | Quality Control Setup | Profile Setup | Calculation S

IgG

Название Ед.изм. Точность

Объем образца(мкл) Предв.разведение

Реакция

Тип реакции

Тип бланка

Точки измер. - сек

Вычисление

Диапазон

Реаг.1 Скор.перемеш.

Лин. диапазон -

Реаг.2 Скор.перемеш.

Бланк реаг. -

Длины волн(нм)

Длина волны 1 Длина волны 2

Линейность Расход субстрата

К В

По возрасту По полу

Возраст

Свыше

Ref. Range

-

-

-

-

-

-

Объем образца(мкл)

Предв.разв.

Объем образца при превыш.лин.

Образец Дилуэнт

Объем образца если ниже лин.

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.