

Параметры теста для VITALAB FLEXOR / SELECTRA

а-Амил (аАму, α -Амилаза, EPS-G7)

ДиаС

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: <input type="text" value="а-Амил"/> Аббревиатура: <input type="text" value="аАму"/> Код: <input type="text" value="*"/> Метод: <input type="text" value="Кинетика"/> Длина Волны: <input type="text" value="405"/> нм Единицы: <input type="text" value="Ед/л"/> Десятичных знаков: <input type="text" value="1"/> ПовторовТест: <input type="text" value="1"/> Пределы концентрации: <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="4000"/> U/l Назв. калибратора: <input type="text" value="TruCal U"/> Проверка прозоны: <input type="text" value="Нет"/>	Типы проб Normal <input type="radio"/> Urine <input type="radio"/> Разрешено: <input type="text" value="Да"/> Предразведение: <input type="text" value="Нет"/> Референсные значения Мужской: <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="100"/> U/l Женский: <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="100"/> U/l Педиатрический: <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> U/l Панический: <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> U/l Управление Контроль №1: <input type="text" value="TruLab N"/> Контроль №2: <input type="text" value="TruLab P"/> Контроль №3: <input type="text" value=""/> Корреляция Корреляц. фактор: <input type="text" value="1,000"/> Корреляц. сдвиг: <input type="text" value="0"/> U/l

Параметры теста 1	Параметры теста 2
Общие положения Наименование: <input type="text" value="а-Амил"/> Предразведение: <input type="text" value="Нет"/> Проба Бланк Пробы: <input type="text" value="Нет"/> объем пробы: <input type="text" value="4"/> μ л при перезапуске: <input type="text" value="2"/> μ л Реактивы Бланк Реагента: <input type="text" value="Нет"/> объем пробы: при перезапуске: Добавление реактива через -2,25 минут (R1) <input type="text" value="180"/> μ л <input type="text" value="180"/> μ л Добавление реактива через 2,90 минут (R2) <input type="text" value="0"/> μ л <input type="text" value="0"/> μ л Добавление реактива через 4,70 минут (R3) <input type="text" value="45"/> μ л <input type="text" value="45"/> μ л	Измерение Бланк Наклона: <input type="text" value="Нет"/> Инкубация, изм-ие: <input type="text" value="61"/> - <input type="text" value="158"/> сек при несовпадении точек выбрать ближайшее большее большее Предел линей-ти: <input type="text" value="50,0"/> % Пределы абсорбции Абсорбция: <input type="text" value="-0,100"/> - <input type="text" value="3,000"/> Абс Абсорбция R: <input type="text" value="-0,100"/> - <input type="text" value="3,000"/> Абс Истощение субстрата <input type="text" value="0,100"/> Абс