

**Паспорт Значений для TruLab CRP Level 2  
Lot 35303 до 2025-03-01**

Дата обновления: 13.11.2023.

**Наименование медицинского изделия, фасовка**

«Реагенты для контроля качества измерений при определении биохимических параметров in vitro: Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2)», 3x2 мл.

Каталожный номер: 5 9610 99 10 045.

**Описание продукта и его назначение**

Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2) представляет собой стабилизированную жидкую контрольную сыворотку, изготовленную на основе человеческой сыворотки. Концентрация С-реактивного белка в контрольной сыворотке TruLab CRP Level 2 соответствует высоким значениям.

Изделие предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении С-реактивного белка в широком диапазоне на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в клинично-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2) с аттестованным значением определяемого аналита применяется для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования при выполнении анализов на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах.

**Условия хранения**

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

**Стабильность**

При соблюдении рекомендованного способа хранения контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2) в невскрытых флаконах стабильна до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 3 месяцев.

**Подготовка**

Контрольная сыворотка С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2) поставляется в жидком виде и готова к использованию.

**Процедура**

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого аналита.

**Прослеживаемость**

Значения контрольной сыворотки С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2) определены путем калибровки с эталонным препаратом ERM®/IFCC при использовании утвержденных протоколов.

Аттестованные значения контрольной сыворотки С-реактивного белка Уровень 2 (TruLab CRP Level 2), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота контрольного материала.

**Производитель**

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Набор	Значение	Интервал
TruLab CRP Level 2	35303	2025-03-01	CRP FS	59,6 мг/л (5,96 мг/дл)	43,5 – 75,7 мг/л (4,35 – 7,57 мг/дл)
			CRP U-hs	53,3 мг/л (5,33 мг/дл)	38,9 – 67,7 мг/л (3,89 – 6,77 мг/дл)
TruLab CRP Level 2	35303	2025-03-01	InnovaStar: CRP IS	61,9 мг/л (6,19 мг/дл)	45,2 – 78,6 мг/л (4,52 – 7,86 мг/дл)