

**Паспорт Значений для TruLab Homocysteine Level 1  
Lot 36003 до 2025-04-08**

Дата обновления: 07.05.2024.

**Наименование медицинского изделия, фасовка**

«Реагенты для контроля качества измерений при определении биохимических параметров *in vitro*: Контрольная сыворотка Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1)», 1x1 мл.

Каталожный номер: 5 9770 99 10 046.

**Описание продукта и его назначение**

Контрольная сыворотка Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1) представляет собой стабилизированную жидкую контрольную сыворотку, изготовленную на основе человеческой сыворотки. Концентрация гомоцистеина в контрольной сыворотке TruLab Homocysteine Level 1 соответствует низким значениям.

Изделие предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении Гомоцистеина на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Контрольная сыворотка Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1) с аттестованным значением определяемого аналита применяется для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования при выполнении анализов на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах.

**Условия хранения**

Изделие хранить как в невскрытом флаконе, так и после вскрытия при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

**Стабильность**

При соблюдении рекомендованного способа хранения контрольная сыворотка Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1) в невскрытых флаконах стабильна до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 4 недель.

**Подготовка**

Контрольная сыворотка Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1) поставляется в жидком виде и готова к использованию.

**Процедура**

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого аналита.

**Прослеживаемость**

Значения контрольной сыворотки Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1) определены при помощи набора реагентов Гомоцистеин (Homocysteine FS) с использованием калибратора Гомоцистеина (TruCal Homocysteine), «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия.

Аттестованные значения контрольной сыворотки Гомоцистеина Уровень 1 (TruLab Homocysteine Level 1), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота контрольного материала.

**Производитель**

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Значение	Интервал
TruLab Homocysteine Level 1	36003	2025-04-08	13,2 мкмоль/л	10,6 – 15,8 мкмоль/л