

# С-Реактивный белок

ИтипоTD FS (Иммунотурбодиметрический ФС, без латекса)



Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ Magnus 5000 Vitaray150

Test Parameter Setup | Calibration Setup | Quality Control Setup | Profile Setup | Calculation Setup

CRP-FS

Название: CRP | Ед.изм.: мг/л | Точность: X.X | Нормы

Объем образца(мкл): Normal | Rerun | Образец: 12 | ☐ Предв.разведение

Реакция: Тип реакции: Кон.точка | Тип бланка: Пре Бланк Об | Точки измер.: 270 - 300 сек | Вычисление: Плавный

Диапазон: Реаг.1: 200 | Скор.перемеш.: Высокая | Лин. диапазон: 2 - 350 | ☒ Реаг.2: 40 | Скор.перемеш.: Высокая | Бланк реаг.: 0 - 0

Длины волн(нм): Длина волны 1: 340 | Длина волны 2: No | Линейность: | Расход субстрата: 0 | К: 1 | В: 0

☐ По возрасту | ☐ По полу

Возраст: 3 | Годы | 16 | Годы | 35 | Годы | 60 | Годы | Свыше

Ref. Range: 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0

Объем образца(мкл): Normal | Rerun | Объем образца при превыш.лин.: 6 | ☐ Предв.разв. | Объем образца если ниже лин.: 20

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Калибратор TruCal CRP (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и 2 или TruLab CRP уровень 1 и 2.