Лактат

DGKC, оптимизированный

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480



Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, AB (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

*-вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

КонтрольTruLab N и TruLab P.