

ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 20.01.2025.

Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 36958-36963 до 2025-12-13

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	36958	2025-12-13	0,00 нг/мл
Уровень 1	36959	2025-12-13	0,816 нг/мл
Уровень 2	36960	2025-12-13	3,30 нг/мл
Уровень 3	36961	2025-12-13	8,46 нг/мл
Уровень 4	36962	2025-12-13	18,5 нг/мл
Уровень 5	36963	2025-12-13	53,3 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 36955 до 2025-12-13

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	36955	2025-12-13	0,887 нг/мл	0,665 – 1,11 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 36956 до 2025-12-13

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	36956	2025-12-13	8,30 нг/мл	6,64 – 9,96 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C