

# DiaSys Diagnostic Systems GmbH

## Паспорт Значений для TruCal CRP hs Lot 36120-36124 до 2026-03-22

Дата обновления: 07.06.2024.

### Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro: Калибратор С-реактивного белка высокочувствительный (TruCal CRP hs)», 5x1 мл.

Каталожный номер: 1 7080 99 10 059.

### Описание продукта и его назначение

Калибратор С-реактивного белка высокочувствительный (TruCal CRP hs) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор С-реактивного белка высокочувствительный (TruCal CRP hs) используется для калибровки при определении С-реактивного белка в высокочувствительном диапазоне с помощью набора CRP U-hs производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

### Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

### Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор С-реактивного белка высокочувствительный (TruCal CRP hs) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее трех месяцев.

### Подготовка

Калибратор С-реактивного белка высокочувствительный (TruCal CRP hs) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

### Процедура

Процедура применения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения того или иного аналита.

### Прослеживаемость

Значения калибратора С-реактивного белка высокочувствительного (TruCal CRP hs) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA474/IFCC.

Аттестованное значение калибратора С-реактивного белка высокочувствительного (TruCal CRP hs), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal CRP hs, Уровень 1	36120	2026-03-22	0,050 мг/дл (0,500 мг/л)
TruCal CRP hs, Уровень 2	36121	2026-03-22	0,245 мг/дл (2,45 мг/л)
TruCal CRP hs, Уровень 3	36122	2026-03-22	0,845 мг/дл (8,45 мг/л)
TruCal CRP hs, Уровень 4	36123	2026-03-22	1,245 мг/дл (12,45 мг/л)
TruCal CRP hs, Уровень 5	36124	2026-03-22	2,045 мг/дл (20,45 мг/л)