

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="K"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1.9"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	<input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1)	<input type="text" value="75"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
	R2(R2-1)	<input type="text" value="25"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri	<input type="text" value="340"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="540"/>
Method		<input type="text" value="RATE"/>		Factor for Maker	A
Reaction Slope		<input type="text" value="-"/>		B	<input type="text" value="0"/>
Measuring Point1	First	<input type="text" value="17"/>	Last	<input type="text" value="25"/>	
Measuring Point2	First		Last		
Linearity Limit		<input type="text" value="NO"/>	%		
Lag Time Check		<input type="text" value="NO"/>			
Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="K"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text"/>	Level L:	<input type="text"/>	Level H:	<input type="text"/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="3.5"/>	<input type="text" value="5.4"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="1"/>	
Panic Value					
		Low	<input type="text"/>	High	<input type="text"/>
Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="K"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="checkbox"/>	
Calibration Type: <input type="text" value="AA"/>		Formula: <input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>	
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Low	High
Point 1:	Cal K 1		3	-99999	99999
Point 2:	Cal K 2		7	-99999	99999
Point 3:					
Point 4:					
Point 5:					
Point 6:					
Point 7:					
Point 8:					
Point 9:					
Point 10:					
Slope Check		<input type="text" value="None"/>			
Allowance Range Check					
<input type="checkbox"/>		Reagent Blank			
<input type="checkbox"/>		Calibration			
Advanced Calibration					
Operation		<input type="text"/>			
Interval (RB/ACAL) <input type="text"/>					
<Point Cal. For		No. of Correction Points <input type="text"/>		Use Master Curve <input type="checkbox"/>	
Master Curve>		OD Range		<input type="checkbox"/>	
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1:					Reagent Blank
Point 2:					Calibration
MB Type Factor: <input type="text"/>		1-Point Calibration Point <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов.

Калибровка линейная, AA(калибраторы из набора реагентов, 2 уровня).

Контроль TruLab N и TruLab P.

Концентрации калибраторов вводится из инструкции к набору реагентов