## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800




* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами



Нормальные величины для сыворотки (плазмы):
Мужчины: 21-84
Женщины: 21-84

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.