

Аполипопротеин А1

ИтипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		АроА1		
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ				
Единицы	g/l			
Точность	2			
Параметры анализа				
Тип	END			
Осн.ДВ	570			
Всп.ДВ	700			
Метод	IT			
Коррекция				
Y =	Наклон	X +	СДВИГ	
	1		0	
Калибровка				
Тип	Логарифмический 2			
Стандарт				
#1	*	#4	*	
#2	*	#5	*	
#3	*	#6		
Значения норм				
	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворотка	1.10	1.70	1.20	1.90
Моча				
Плазма				
СМЖ				
Диализ				
Другое				
Страница: 1		Печать		
Далее		Сохранить		
Выход				

*-вводится из паспорта к калибратору

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Название		АроА1	
Методика анализа			
Тип	<input type="radio"/> 1-реар <input checked="" type="radio"/> 2-реар		
Образец	ОБЪЕМ	μl	
Реагент 1	300		
Реагент 2	60		
3-е перем..	<input type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл		
Бланк	<input type="radio"/> по воде		
Экран			
Точка "0"	1		
Диапазон	3		
ОБРАБОТКА ДАННЫХ			
Считывание			
	Старт	Стоп	
Осн.в.	52	54	
Дополн.	29	31	
Предел Абсорбции			
	Нижн.	0	
	Верхн.	3	
Фактор			
Корр. бланка	**		
ПРЕДЕЛ КОН. Т. 2			
ЛИНЕЙНОСТЬ(%) 0			
Авторазведение образца			
Развести	<input checked="" type="radio"/> 99:Разв.1 <input type="radio"/> 100:Разв.2		
ПРОВЕРКА ПРОЗОНЫ			
	Старт	Стоп	ПРЕДЕЛ(%)
ПЕРВЫЙ			
ВТОРОЙ			
<input type="radio"/> Нижн. <input checked="" type="radio"/> Верхн			
Страница: 2		Печать	
Предыдущ.		Далее	
Сохранить		Выход	

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		АроА1	
Повтор с авторазведением			
<input checked="" type="radio"/> вкл <input type="radio"/> выкл			
Предел линейности методики			
<input type="radio"/> вк <input checked="" type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл			
		Нижн.	Верхн.
Сыворотка	0	2.50	
Моча			
Плазма			
СМЖ			
Диализ			
Другое			
Объемы флаконов для реагентного штатива (мл)			
На 24 позиции		На 36 позиций	
РЕАГЕНТ1	60	РЕАГЕНТ1	32,5
РЕАГЕНТ2 P1	40	РЕАГЕНТ2 P1	26,25
РЕАГЕНТ2 P2	20	РЕАГЕНТ2 P2	13
Авторазведение по заданному пределу абсорбции			
Предел абсорбции			
		Нижн.	<input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл
		Верхн.	<input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл
Предел прозоны <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл			
Предупреждающий диапазон			
		Мужчина	
		Верхн.	Нижн.
		Женщина	
		Верхн.	Нижн.
Сыворотка			
Моча			
Плазма			
СМЖ			
Диализ			
Другое			
Страница: 3		Печать	Предыдущ. Сохранить Выход

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В связи с техническими особенностями анализатора соотношение образца и реагента в данной адаптации изменено относительно инструкции.