

Комплемент СЗс

ИтипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ

Test Parameter Setup | Calibration Setup | Quality Control Setup | Profile Setup | Calculation S

СЗс

Название Ед.изм. Точность

Объем образца(мкл) | **Реакция**

Normal | **Regun**

Образец Предв.разведение

Тип реакции

Тип бланка

Точки измер. - сек

Вычисление

Диапазон

Реаг.1 Скор.перемеш.

Лин. диапазон -

Реаг.2 Скор.перемеш.

Бланк реаг. -

Длины волн(нм) | Линейность Расход субстрата

Длина волны 1 Длина волны 2 К В

По возрасту По полу

Возраст | **Ref. Range** | **Ref. Range**

| | | | | | |
|-------|------|----|-----|---|---|
| 3 | Годы | 90 | 180 | 0 | 0 |
| 16 | Годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Годы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свыше | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем образца(мкл)

Normal | **Regun**

Объем образца при превыш.лин. Предв.разв.

Образец Дилуэнт

Объем образца если ниже лин.

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.