

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="a-Amy"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="2"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>			Min.OD	<input type="text" value="0.0"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="100"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Max.OD	<input type="text" value="2.0"/>
	R2(R2-1) <input type="text" value="25"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="0.0"/>
				Last Low	<input type="text" value="0.0"/>
				High	<input type="text" value="2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.0"/>
Wavelength	Pri <input type="text" value="410"/> nm	Sec.	<input type="text" value="540"/> nm	Dynamic Range Low	<input type="text" value="0"/>
Method	<input type="text" value="RATE"/>			High	<input type="text" value="2000"/>
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/>			Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>
Measuring Point1 First	<input type="text" value="15"/>	Last	<input type="text" value="24"/>	Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>
Measuring Point2 First		Last	<input type="text" value=""/>	B	<input type="text" value="0"/>
Linearity Limit	<input type="text" value="NO"/>			B	<input type="text" value="0"/>
Lag Time Check				Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="a-Amy"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/> 1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 7.	No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Unit	<input type="text" value="U/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="1"/>	
Panic Value					
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="a-Amy"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	
<Calibrator Parameters>		Counts:	<input type="text" value="2"/>	
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	Low <input type="text" value="-99999"/> High <input type="text" value="99999"/>	<input type="text" value="None"/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Allowance Range Check
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Reagent Blank <input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Calibration <input type="text" value=""/>
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Advanced Calibration
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Operation <input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Interval (RB/ACAL) <input type="text" value=""/>
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
<Point Cal. For Master Curve>	No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Lot Calibration	
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Stability				
Reagent Blank	<input type="text" value=""/>	Day	<input type="text" value=""/>	Hour
Calibration	<input type="text" value=""/>	Day	<input type="text" value=""/>	Hour
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> with Conc-0

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов.

*-вводится из паспорта к калибратору. Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору - МВ (фактор см. паспорт; вводится в поле MB Type Factor).

Контроль TruLab N и TruLab P.

Для измерения в моче, контроль TruLab Urie уровень 1 и 2.