

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="Fe"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="12"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>			Min.OD	<input type="text" value="-2.0"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="120"/> μL	Dilution	<input type="text" value="0"/> μL	Max.OD	<input type="text" value="2.5"/>
				Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Last Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Dynamic Range Low	<input type="text" value="0"/>
				High	<input type="text" value="179"/>
				Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
				Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri <input type="text" value="600"/> nm	Sec.	<input type="text" value="700"/> nm	Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Method	<input type="text" value="END"/>				
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/> ∇				
Measuring Point1 First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>		
Measuring Point2 First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="10"/>		
Linearity Limit	<input type="text" value=""/> %				
Lag Time Check	<input type="text" value=""/>				

Parameters		Specific Test Parameters				
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range	
Test Name: <input type="text" value="Fe"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>				
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>	
Specific Ranges:						
	Sex	Year	Month	Year	Month	
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	7. No demographics				<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="30.1"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values				<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="30.1"/>
Unit	<input type="text" value="mkmol/L"/>				Decimal Places	<input type="text" value="1"/>
Panic Value						
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>	

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="Fe"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="radio"/>	
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check	<input type="text" value="None"/>
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/> <input type="text" value="99999"/>	Allowance Range Check	
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Reagent Blank	<input type="text" value=""/>
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Calibration	<input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Advanced Calibration	
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Operation	<input type="text" value=""/>
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Interval (RB/ACAL)	<input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
<Point Cal. For	No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Lot Calibration
<Master Curve>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

*-вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

Контроль TruLab N и TruLab P.