

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1.6"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	Max.OD <input type="text" value="2.5"/>
Rgt. Volume R1(R1-1)	<input type="text" value="160"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
			Reagent OD Limit	First Low <input type="text" value="-2.0"/>	High <input type="text" value="2.5"/>
				Last Low <input type="text" value="-2.0"/>	High <input type="text" value="2.5"/>
R2(R2-1)	<input type="text" value="40"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
			Dynamic Range Low	<input type="text" value="0"/>	High <input type="text" value="6.24"/>
			Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>	B <input type="text" value="0"/>
Wavelength Pri	<input type="text" value="660"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="800"/>	nm
Method	<input type="text" value="END"/>		Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>	B <input type="text" value="0"/>
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/>		Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/>	Day <input type="text" value=""/>
Measuring Point1 First	<input type="text" value="0"/>		Last	<input type="text" value="27"/>	Hour
Measuring Point2 First	<input type="text" value="0"/>		Last	<input type="text" value="10"/>	
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>	%			
Lag Time Check	<input type="text" value=""/>				

Parameters		Specific Test Parameters				
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range	
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>				
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>	
Specific Ranges:						
	Sex	Year	Month	Year	Month	
<input type="checkbox"/>	1.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
	7. No demographics				<input type="text" value="2.15"/>	<input type="text" value="2.57"/>
	8. Not within expected values				<input type="text" value="2.15"/>	<input type="text" value="2.57"/>
Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>				Decimal Places	<input type="text" value="2"/>
Panic Value						
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>	

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		<input type="checkbox"/> Use Serum Cal.
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	Counts: <input type="text" value="2"/>
<Calibrator Parameters>				
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range Low	High
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/>	<input type="text" value="99999"/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Slope Check: <input type="text" value="None"/>				
Allowance Range Check				
		<input type="checkbox"/> Reagent Blank	<input type="text" value=""/>	
		<input type="checkbox"/> Calibration	<input type="text" value=""/>	
Advanced Calibration Operation: <input type="text" value=""/>				
Interval (RB/ACAL): <input type="text" value=""/>				
<Point Cal. For Master Curve>				
	No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="text" value=""/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lot Calibration
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Stability				
	Reagent Blank	<input type="text" value=""/>	Day	<input type="text" value=""/>
	Calibration	<input type="text" value=""/>	Day	<input type="text" value=""/>
MB Type Factor: <input type="text" value=""/>				
<input type="checkbox"/> 1-Point Calibration Point <input type="text" value=""/>				
<input type="checkbox"/> with Conc-0				

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

* -вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

Контроль TruLab N и TruLab P.