

ТРОМБИН ДДС

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Кат. №	СОСТАВ		ОБЪЁМ
	Тромбин	Карта идентификационная	
30 030-К	10 × 2,0 мл	1 шт.	20 мл
30 031-К	10 × 4,0 мл	1 шт.	40 мл

При использовании «Плазмы контрольной (пул здоровых доноров) (Плазма Н)» серии 4620/5820 производства МБООИ «Общество больных гемофилией» вместе с реагентом для определения Тромбинового времени в плазме крови (ТРОМБИН ДДС) производства АО «ДИАКОН-ДС» серии 0050720 К и анализатором свертывания крови медицинским четырехканальным «КoaТест-4» производства ООО «НПЦ «Астра»» следует ориентироваться на значения, представленные в таблице.

Согласно ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность) (введен в действие приказом Росстандарта от 18.12.2008 г. N 555-ст) коэффициент вариации результатов исследований не должен превышать половины показателя внутрииндивидуальной вариации.

ГОСТ Р 53022.2-2008 не содержит требований к показателю внутрииндивидуальной вариации тромбинового времени.

Параметр	Плазма контрольная (пул здоровых доноров) (Плазма Н)	Среднее значение
Тромбиновое время, сек	Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, серия 4620	12,0
	Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, серия 5820	16,0

ЛИТЕРАТУРА

- Долгов В.В., Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Том 1 – М.: «ГЕОТАР-Медиа», 2013.
- А.А. Козлов, Л.В. Натрус, П.А. Черновол, А.Л. Меркумян и др. Лабораторная диагностика системы гемостаза – М.: Литтера. 2011.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям: EN ISO 13485, ГОСТ ISO 13485.



Допущено к обращению на территории Европейского Союза

Авторизованный представитель АО «ДИАКОН-ДС» в ЕС
CE-partner4U
ESDOORNLAAN 13, 3951DB MAARN, THE NETHERLANDS

Изготовитель
АО «ДИАКОН-ДС»
142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.