

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений для TruLab Albumin U/CSF Level 2 Lot 36649 до 2026-01-31

Дата обновления: 29.11.2024.

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для контроля качества измерений при определении биохимических параметров in vitro: Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2)», 3x1 мл.

Каталожный номер: 5 9720 99 10 046.

Описание продукта и его назначение

Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) представляет собой водный раствор альбумина, содержащий человеческую плазму. Концентрация альбумина в контроле альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) соответствует патологическому диапазону.

Изделие предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении Альбумина в моче и спинномозговой жидкости (Микроальбумина) на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в клинично-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) с аттестованным значением определяемого аналита применяется для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования при выполнении анализов на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 30 суток.

Подготовка

Контроль альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого аналита.

Прослеживаемость

Значения для контроля альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2) установлены путем калибровки с использованием эталонного препарата IRMM (Институт эталонных материалов и измерений) ERM®-DA470k/IFCC в соответствии с установленным протоколом.

Аттестованные значения контроля альбумина в моче и спинномозговой жидкости Уровень 2 (TruLab Albumin U/CSF Level 2), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота контрольного материала.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Значение	Интервал
TruLab Albumin U/CSF Уровень 2	36649	2026-01-31	110 мг/л	79,2 – 141 мг/л