

## Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="CI"/> <input type="button" value="&lt;"/> <input type="button" value="&gt;"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/> Operation <input type="text" value="Yes"/>			
Sample Volume	<input type="text" value="1.6"/> $\mu\text{L}$	Dilution	<input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	OD Limit	
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>			Min.OD	<input type="text" value="-2.0"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1) <input type="text" value="160"/> $\mu\text{L}$	Dilution	<input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	Max.OD	<input type="text" value="2.5"/>
				Reagent OD Limit	
				First Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Last Low	<input type="text" value="-2.0"/>
				High	<input type="text" value="2.5"/>
				Dynamic Range Low	<input type="text" value="1"/>
				High	<input type="text" value="150"/>
				Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
				Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>
				B	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri <input type="text" value="450"/> $\text{nm}$	Sec.	<input type="text" value="600"/> $\text{nm}$	Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Method	<input type="text" value="END"/>				
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/> $\nabla$				
Measuring Point1 First	<input type="text" value="0"/>	Last	<input type="text" value="27"/>		
Measuring Point2 First	<input type="text" value=""/>	Last	<input type="text" value=""/>		
Linearity Limit	<input type="text" value=""/> %				
Lag Time Check	<input type="text" value=""/>				

  

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="CI"/> <input type="button" value="&lt;"/> <input type="button" value="&gt;"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	From	To		Low	High
<input type="checkbox"/> 1.	Sex <input type="text" value=""/>	Year <input type="text" value=""/>	Month <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 2.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> 7.	No demographics			<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="105"/>
<input type="checkbox"/> 8.	Not within expected values			<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="105"/>
	Unit	<input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="2"/>
Panic Value					
		Low	<input type="text" value=""/>	High	<input type="text" value=""/>

  

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="CI"/> <input type="button" value="&lt;"/> <input type="button" value="&gt;"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/> <input type="radio"/> Use Serum Cal.		
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	
<Calibrator Parameters>		Counts:	<input type="text" value="2"/>	
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Slope Check
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	Low <input type="text" value="-99999"/> High <input type="text" value="99999"/>	<input type="text" value="None"/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Allowance Range Check
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="radio"/> Reagent Blank <input type="text" value=""/>
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="radio"/> Calibration <input type="text" value=""/>
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Advanced Calibration
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Operation <input type="text" value=""/>
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Interval (RB/ACAL) <input type="text" value=""/>
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		
<Point Cal. For	No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="text" value=""/>
Master Curve>			<input type="radio"/> Lot Calibration	
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> with Conc-0
			Stability	Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
				Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

\*\* -вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

Контроль TruLab N и TruLab P.

\* -вводится в соответствии с настройками системы