

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Калий

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> К-1	3**
<input checked="" type="checkbox"/> К-2	7**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из инструкции.

Тип калибровки: Линейная, по стандартам из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.