

Паспорт Значений для TruCal IgE
Lot 34478-34482 до 2024-11-30

Дата обновления: 26.07.2023.

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров *in vitro*: Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE)», 5x1 мл.

Каталожный номер: 1 7230 99 10 059.

Описание продукта и его назначение

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) – представляет собой набор из пяти жидких стабильных калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) используется для калибровки теста на Иммуноглобулин Е (Immunoglobulin Е FS) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом флаконе, так и после вскрытия флакона при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия флакона - 6 недель.

Подготовка

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура применения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения того или иного анализата.

Прослеживаемость

Значения калибратора Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до эталонного препарата (WHO-IRP75/502) с использованием утвержденных протоколов.

Аттестованное значение калибратора Иммуноглобулина Е (TruCal IgE), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal IgE, Уровень 1	34478	2024-11-30	50 МЕ/мл
TruCal IgE, Уровень 2	34479	2024-11-30	100 МЕ/мл
TruCal IgE, Уровень 3	34480	2024-11-30	200 МЕ/мл
TruCal IgE, Уровень 4	34481	2024-11-30	500 МЕ/мл
TruCal IgE, Уровень 5	34482	2024-11-30	1000 МЕ/мл